



A szkennер szinkronizálása a következőt jelenti:

A MÉRÉSI EREDMÉNYEK ADATAINAK ELKÜLDÉSE A SZKENNERRŐL
A NU SKIN GLOBÁLIS SZERVERÉRE.

ELŐNYÖK:

- ✓ A szkennерjelentésekben megjelenik a teljes szkennерaktivitásod áttekintése.
- ✓ Létrejön a kapcsolat az ADR-feliratkozási rendelésekhez kapcsolt mérések között.
- ✓ Lehetővé teszi a Nu Skin számára, hogy szkennер bónuszokat fizessen Neked.

S3


PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

Szinkronizáld a szkenneredet az App 2.0-val!

- ✓ Minden szkennelést követően,
- ✓ legalább 14 naponta és
- ✓ legkésőbb minden hónap utolsó munkanapján.

Ha a szkenneredet nem szinkronizáltad az elmúlt 14 napban, akkor az automatikusan leáll. Újabb mérést csak a szinkronizálást követően végezhetesz.

A „Mérések” fülön ellenőrizheted, hogy mennyi idő van még hátra a következő szinkronizálásig:



RECORDS PENDING	0
LAST SYNC	03/31/14 3:52 du.
DAYS REMAINING	14
SYNC STATUS	OK

Szinkronizáld a szkenneredet az App 2.0-val!

A szkennered szinkronizálása automatikusan megtörténik mindaddig, amíg az iPad* egy wifihálózathoz van csatlakoztatva.

- Az összes **szinkronizált** mérés így jelenik meg:
- Az összes **nem szinkronizált** mérés így jelenik meg:
- A mérések szinkronizálásához nyomd meg ezt a gombot:





Szinkronizáld a szkenneredet az App 3.0-val

Méréseid automatikusan szinkronizálásra kerülnek, ha a készüléked* csatlakozik a Wi-Fi-hez.

Ha a mérések nem kerültek szinkronizálásra, csatlakoztasd ismét a készüléket a Wi-Fi-hez (a hónap utolsó munkanapjáig), és az összes mérés automatikusan szinkronizálásra kerül.

**Az S3 Scanner Application 3.0 verziójához legalább OS 12, valamint egy iPhone vagy iPad szükséges.*

S3

PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

